



Instructions for use




- ① 걸포장제 절취부
- ② 손잡이
- ③ 제품 결이용 구멍
- ④ 개봉 가능한 접합부
- ⑤ Blind port
- ⑥ Additive port (첨가제 주입 포트)
- ⑦ Infusion port (수액세트 주입 포트)
- ⑧ 산소흡수제


1. 걸포장제의 제거



- 백을 수평으로 잡고 포트 가까이에 있는 절취부위(A)를 찢어 걸포장을 벗기고 백을 깨냅니다(B), 산소흡수제는 버려도 좋습니다.




2. 혼합




- 두 개의 접합부위가 열린 후, 백을 여러 번 상하로 움직이면 완전히 섞여 흰색 유탁액의 성상을 확인합니다. 가로 접합부는 개봉되지 않습니다.

3. 투여준비



- infusion set (수액세트)를 주입하기 직전, Infusion port의 파란색 화살표탭을 제거합니다. (A) (Infusion port의 막은 멀균 되어 있어 처음 사용시 소독 과정이 필요없습니다.)
- 공기구멍이 없는 Infusion set 혹은 공기구멍이 닫힌 set를 사용합니다.
- infusion set의 아랫부분을 잡고 infusion set를 깊숙이 삽입합니다.

4. 백의 고정



- 손잡이 하단에 위치한 구멍을 이용하여 백을 행거에 매답니다.